



महाराष्ट्र शासन

P.A.H. Government Medical College & General Hospital, Baramati.

e-mail: deangmcbaramati@gmail.com

प्लॉट नंबर पी १०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर बारामती ४१३१३३, तालुका-बारामती जिल्हा-पुणे, महाराष्ट्र

जाहीरात नोटिस प्रसिध्दीकरिता

जा.क्र.पुअहोशावैमवरुबा/खवि/1337/२०२६

दि. 13/०८/२०२६

प्रति,

.....
.....
.....


विषय : यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीची खरेदी करुन मिळण्याबाबत....

संदर्भ : १) जा.क्र.शावैमबारामती/दं.वि/यंत्रसामुग्री खरेदी/१०४/२६, दि.०१/०८/२६

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती या संस्थेमधील दंतशास्त्र विभागामध्ये खालील नमुद यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता मोहोरबंद पाकिटात दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी सदर पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण खाली नमुद केलेल्या विनिर्दिष्टानुसार साधनसामुग्रीसाठी आपल्या अटी व शर्तीसह दरपत्रके दि. 29/०८/२०२६ पर्यंत पु.अ.हो.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती प्लॉट पी-१०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर. बारामती जि. पुणे ४१३१३३ येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११.०० ते ५:०० पर्यंत सादर करावी.

अ.क्र	यंत्राचे नाव	विनिर्दिष्टे (Specification)	नग
१	Aerotor	सोबत जोडले आहेत.	०७

१) दरपत्रकामध्ये सर्व करांसहीत दर नमुद करण्यात यावे. २) दरपत्रके मोहोरबंद पाकिटातच सादर करावी. ३) दरपत्रकात वस्तुचे Make & Model नमुद करावे. ४) दरपत्रकासोबत आपले शॉपअॅक्ट, उद्योग आधार, जीएसटी प्रमाणपत्र व पॅनकार्ड ई.सादर करण्यात यावे. ५) आवश्यक तेथे Authorization Letter सादर करावे. ६) वस्तुचा दर्जा/गुणवंता वापरकर्ता विभागाच्या मागणीनुसार असावा. ७) दरपत्रकाच्या पाकिटावर या कार्यालयाचा पत्र क्रमांक, दिनांक, वस्तुचे नाव व दरपत्रक स्विकृतीचा अंतिम दिनांक नमुद करावा. दरपत्रके स्विकारण्याचे सर्व अधिकार संस्थेने राखुन ठेवले आहेत.


अधिष्ठाता,

पु.अ.हो.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती.

प्रत:


- १) प्राध्यापक व विभागप्रमुख, दंतशास्त्र विभाग, पु.अ.हो.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती.

SPECIFICATION: AIROTOR (HIGH-SPEED DENTAL HANDPIECE)

Required quantity: 7

Sr.no	Parameter	General Specification
1.	Equipment Name	Airotor / High-Speed Air Turbine Handpiece
2.	Application	Tooth preparation, cavity cutting, crown preparation
3.	Type	Air-driven high-speed handpiece
4.	Operating Speed	300,000 – 500,000 RPM
5.	Drive Mechanism	Air turbine
6.	Bur Type	Standard FG burs (1.6 mm)
7.	Bur Fixation	Push-button chuck
8.	Head Size	Standard / mini head
9.	Spray System	Triple water spray (triple spray preferred)
10.	Cooling System	Air-water spray cooling
11.	Bearing Type	Ceramic bearings
12.	Noise Level	Low noise, vibration-free operation
13.	Torque	High cutting efficiency
14.	Coupling Type	2-hole
15.	Light Source	LED fiber-optic illumination
16.	Body Material	Stainless steel / titanium body
17.	Surface Finish	Anti-slip, scratch-resistant
18.	Sterilization	Autoclavable up to 135°C
19.	Air Pressure Requirement	Approx. 2.2 – 2.5 bar
20.	Water Pressure	Approx. 0.2 – 0.4 MPa
21.	Exhaust Air	Rear exhaust
22.	Ergonomics	Lightweight, well-balanced
23.	Accessories	Bur wrench (if applicable), O-rings
24.	Standards & Compliance	ISO / CE / BIS compliant. No
25.	Warranty	1+1 year company warranty


PROFESSOR & HEAD
DENTISTRY DEPARTMENT
PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE
BARAMATI, DIST. PUNE


ASSISTANT PROFESSOR
DENTISTRY DEPARTMENT
PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE
BARAMATI, DIST. PUNE