



महाराष्ट्र शासन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती.

Punyashlok Ahilyadevi Government Medical College, Baramati.

e-mail:dcangmcbaramati@gmail.com

प्लॉट नंबर पी १०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर बारामती ४१३१३३, तालुका-बारामती जिल्हा-पुणे, महाराष्ट्र

जाहीरात नोटिस प्रसिध्दीकरिता

जा.क्र.पुअहोशावैमवा/खवि/ ५०७/२०२५

दि. २७/०२/२०२५

प्रति,

.....
.....
.....

विषय : यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीची खरेदी करून मिळण्याबाबत....

- संदर्भ : १) जीवरसायनशास्त्र विभागाचे पत्र जा.क्र. शावैमबारामती/जीवरसायनशास्त्र वि./३१/२५ दिनांक १०/०२/२०२५
२) जीवरसायनशास्त्र विभागाचे पत्र जा.क्र. शावैमबारामती/जीवरसायनशास्त्र वि./३२/२५ दिनांक १०/०२/२०२५

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेमधील जीवरसायनशास्त्र विभागाकरिता खालील नमुद यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरिता मोहोरबंद पाकिटात दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी सदर पत्राबदारे आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण खाली नमुद केलेल्या विनिर्दिष्टानुसार साधनसामुग्रीसाठी आपल्या अटी व शर्तीसह दरपत्रके दि. ०३/०३/२०२५ पर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती प्लॉट पी-१०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर. बारामती जि. पुणे ४१३१३३ येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११.०० ते ५.०० पर्यंत सादर करावी.

Sr.No.	Name Of Item	Specification	Quantity
01	Hot Air Oven	Attached herewith	01
02	Precision Balance-IMG	Attached herewith	02

१) दरपत्रकामध्ये सर्व करासहीत दर नमुद करण्यात यावे. २) सदर यंत्रसामुग्रीचा Make & Model नमुद करण्यात यावा. ३) दरपत्रके मोहोरबंद पाकिटातच सादर करावी. ४) दरपत्रकाच्या पाकिटावर या कार्यालयाचा पत्र क्रमांक, दिनांक, वस्तुचे नाव व दरपत्रक स्विकृतीचा अंतिम दिनांक नमुद करावा. ५) यंत्रसामुग्रीचा Warranty कालावधी दोन वर्षांचा बंधनकारक राहिल. दरपत्रके स्विकारण्याचे सर्व अधिकार संस्थेने राखून ठेवले आहेत.


अधिष्ठाता,

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बारामती.

प्रत:

प्राध्यापक व विभागप्रमुख, जीवरसायनशास्त्र विभाग, पु.अ.हो.शा.वै.म., बारामती

Balance Specifications :

Capacity 200 g

Readability 0.001 g (1 mg)

Auto Calibration with External Weight

Multifunction Weighing Units

Auto Zero tracking.

In built rechargeable battery for PGB 200 only.

Low Battery Indicator



Professor & Head
Department of Biochemistry
Government Medical College
& General Hospital,
Baramati, Dist. Solapur

Hot Air Oven Specifications

Double walled construction fully made of Stainless steel Inner S.S.316 & Outer 304. The gap between the two walls filled with glass wool insulation.

Temperature controlled by Micro process or based digital temp.

Controller with PT100 as sensor & safety thermostat.

Supplied with s. s wire mesh shelves and silicon gasket on door with Air circulation fan

Temp. Range: 50 °C to 250 °C accuracy +/-1 °C.

Inner working size of Oven Chamber size in inches -14*14*14

Capacity In Liter -44 LIT

No of shelves-22



Professor & Head
Department of Biochemistry
Government Medical College
& General Hospital,
Baramati, Dist. Pune